

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์ใช้ในการผ่าตัดโรคต่อหิน

๑. ความเป็นมา

เป็นวัสดุการแพทย์ใช้ในการผ่าตัดโรคต่อหิน ห่องผ่าตัดมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อ จำนวน ๓ รายการ เพื่อ
รองรับการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ภายในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อระบายน้ำในลูกตามายังที่เก็บกักซึ่งอยู่ใต้เยื่อぶตา โดยมีลิ้นปิดเปิดควบคุมความดันตาสำหรับคนไข้

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ (อ้างอิงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง)

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็น ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายที่ประกวราคาดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาล ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

รายการ	หน่วยนับ	รพ.เมตตาฯ	ศูนย์โรคตาฯ สุขุมวิท	รวม
๔.๑ ท่อระบายลดความดันตา โรคต้อหิน มีลิ้นปิดเปิด	กล่อง	๑๔๕	๕	๑๕๐

๔.๑.๑ สามารถลดความดันในลูกตาได้ภายหลังการผ่าตัดทันที

๔.๑.๒ เป็นระบบวาล์วที่สามารถควบคุมการระบายน้ำเข้าออก ปรับสมดุลเพื่อป้องกันการระบายน้ำมากเกินไป

๔.๑.๓ ลักษณะชุดเก็บกัก ใช้งานง่าย ออกแบบมาเป็นแผ่นบางเรียบใส่ได้ง่ายและสามารถใส่ได้สะดวกในขั้นตอนเดียว

๔.๑.๔ ปลอดภัยสำหรับการเข้าเครื่องตรวจ MRI

๔.๑.๕ ขนาดของวาล์วและแผ่นเพลท

๑. ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๑ มิลลิเมตร

๒. ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓.๐ มิลลิเมตร

๓. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖.๐ มิลลิเมตร

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๔.๑.๖ ขนาดของท่อระบาย

๑. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕.๔ มิลลิเมตร
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ๐.๓๐๕ มิลลิเมตร
๓. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๐.๖๓๕ มิลลิเมตร

๔.๑.๗ วัสดุ

๑. วาล์วแผ่นเพลท ทำจากซิลิโคนทางการแพทย์
๒. ท่อระบาย ทำจากซิลิโคนทางการแพทย์
๓. วาล์ว ทำจากซิลิโคนทางการแพทย์
๔. ปลอกวาล์ว เป็นพอลิโพรไพลีนทางการแพทย์

รายการ	หน่วยนับ	รพ.เมตตาฯ	ศูนย์โรคตาฯ สุขุมวิท	รวม
๔.๒ ท่อระบายน้ำลดความดันในลูกตา ขนาดเล็ก	กล่อง	๑๕๐	๒๐	๑๗๐

๔.๒.๑ เป็นอุปกรณ์ สำหรับการผ่าตัดเพื่อช่วยลดความดันในลูกตา มีขนาดเล็ก Proximal Length: ๔.๕ mm, Fin Length: ๑.๐ mm (Fin Width: ๑.๑ mm), Distal Length ๓.๐ mm, (ความยาวของท่อทั้งหมด: ๘.๕ mm)

๔.๒.๒ ผลิตจาก poly(styrene-block-isobutylene-block-styrene) ซึ่งมีความเหนียวทางชีวภาพ เฉพาะตัวที่สามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลเป็นและพังผืดได้ดี เหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ฝังเป็นเวลานานเพื่อให้เกิดการระบายน้ำออกเพื่อลดความดันได้ดี

รายการ	หน่วยนับ	รพ.เมตตาฯ	ศูนย์โรคตาฯ สุขุมวิท	รวม
๔.๓ ท่อระบายลดความดันตา โรคต้อหิน ไม่มีลิ้นปิดเปิด	กล่อง	๒๐	๐	๒๐

๔.๓.๑ ท่อระบายลดความดันตาในโรคต้อหิน ไม่มีลิ้นปิดเปิดเพื่อลดความดันในโรคต้อหิน ทำจากซิลิโคนทางการแพทย์ มีความนุ่มและไม่เกิดการระคายเคืองต่อผู้ป่วย

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ งบประมาณ ๒๕๖๙ (กำหนดส่งของเป็นรายงวดตามการใช้งานผ่าตัด)

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร.....๗,๖๑๕,๐๐๐.....บาท

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาล ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว โดยให้ส่งมอบเบิกจ่ายเป็นงวดๆตามปริมาณที่ใช้จริง

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีผู้ขายส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

๑๐.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานซื้อที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา.....๑.....เดือน นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องจัดการแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.....๗.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางดวงดาว.....ทัศนรงค์)

ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสมสุพัตรา.....จามรสุวรรณ.)

ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวอารีรัตน์.....ดวงโสภะ)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ