รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตลับทดน้ำเข้า-ออกสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก

๑. ความเป็นมา

เป็นวัสดุการแพทย์ตลับทดน้ำเข้า-ออกสำหรับการผ่าตัดต้อกระจกที่ใช้ในการผ่าตัดทางจักษุงานห้องผ่าตัดมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ภายในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการผ่าตัดทางจักษุในสาขาต้อกระจกโดยเป็นวัสดุการแพทย์หลายชนิดที่ช่วยในการผ่าตัด

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ เป็นผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อจะจ้างนี้

๓.๓ คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดไว้ฯลฯ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ ตลับทดน้ำเข้า-ออก สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Centurion

รายการ	หน่วยนับ	รพ.เมตตาฯ	ศูนย์โรคตาฯ สุขุมวิท	รวม
ตลับทดน้ำเข้า-ออกสำหรับการผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Centurion Active FMS	ชิ้น	๘,๒๕๐	๑,๐๐๐	๙,๒๕๐
ตลับทดน้ำเข้า-ออกสำหรับการผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Centurion Gravity FMS	ชิ้น	๑๒	๐	๑๒
ตลับทดน้ำเข้า-ออก สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Centurion Active with Balanced Tip	ชิ้น	๒๐๐	๐	๒๐๐

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ ตลับทดน้ำเข้า-ออก สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Centurion ActiveFMS

๑. เป็นตลับทดน้ำเข้า - ออก ใช้กับเครื่องสลายต้อกระจก ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท

๒. เป็นตลับทดน้ำเข้า - ออก ต้องมีสายน้ำต่อสายของตลับทดน้ำ ทำจากพีวีซีต่อเข้าเครื่องสลายต้อกระจก พร้อมถุงน้ำทิ้งติดอยู่

๓. เป็น ตลับ ทดน้ำเข้า-ออก ชนิด ควบคุมการไหลของน้ำเกลือด้วยเครื่อง

๔. บรรจุมาในถาดปลอดเชื้อโรค (Sterile)

๕. บรรจุภัณฑ์มีรูปทรงแบนสี่เหลี่ยมง่ายต่อการเก็บ

๖. อักษร A บนบรรจุภัณฑ์แทนตลับทดน้ำเข้า - ออก แบบ Active FMS

๗. ด้านหลังที่ตลับทดน้ำเข้า - ออก ในลักษณะเป็นยางสีเทาครึ่งวงกบประกบกัน (Dual segment technology) ทำให้ช่วยเพิ่มการทดน้ำเข้าออกตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘. ได้รับรอง CE Mark

๙. มีสาย I/V ในตัว ออกแบบเฉพาะสำหรับต่อ Active FMS เข้ากับถุงน้ำเกลือซึ่งวางอยู่ในช่องบรรจุบนหลังเครื่อง (Bag Bay)

๑๐. ตัว Active FMS มีถุงน้ำทิ้งขนาดความจุ ๕๐๐cc. ติดอยู่

๑๑. สายของ FMS ทั้งหมดทำจาก PVC

๑๒. มีถุงคลุมถาดวางอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๒ ตลับทดน้ำเข้า-ออก สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Centurion GRAVITY

๑. เป็นตลับทดน้ำเข้า -ออก ชนิดควบคุมการไหลของน้ำเกลือด้วยการปรับความสูงของเสาน้ำเกลือ

๒. มีสาย I/V ในตัว

๓. เป็นตลับทดน้ำเข้า-ออก ชนิดควบคุมความสูงของเสาน้ำ (Gravity)

๔. สายของ FMS ทั้งหมดทำจาก PVC

๕. บรรจุมาในถาดปลอดเชื้อโรค (Sterile)

๖. บรรจุภัณฑ์มีรูปทรงแบนสี่เหลี่ยมง่ายต่อการเก็บ

๗. อักษร G บนบรรจุภัณฑ์แทนตลับทดน้ำเข้า ออก แบบ Gravity FMS

๘. สามารถใช้งานได้ครั้งเดียว ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

๙. ด้านหลังที่ตลับทดน้ำเข้า - ออก ในลักษณะเป็นยางสีเทาครึ่งวงกบประกบกัน (Dual segment technology) ทำให้ช่วยเพิ่มการทดน้ำเข้าออกตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. ได้รับรอง CE Mark

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๑๑. ตัว Gravity FMS มีถุงน้ำทิ้งขนาดความจุ ๕๐๐ cc. ติดอยู่

๑๒. มีถุงคลุมถาดวางอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๒.๓ ตลับทดน้ำเข้า-ออก สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Centurion Active with Balanced Tip

๑. เป็นตลับทดน้ำเข้า - ออก ใช้กับเครื่องสลายต้อกระจกของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และศูนย์โรคตาฯ สาขาสุขุมวิท

๒. เป็นตลับทดน้ำเข้า - ออก ต้องมีสายน้ำต่อสายของตลับทดน้ำ ทำจากพีวีซีต่อเข้าเครื่องสลายต้อกระจกพร้อมถุงน้ำทิ้งติดอยู่

๓. เป็นตลับทดน้ำเข้า - ออก ชนิด ควบคุมการไหลของน้ำเกลือด้วยเครื่อง

๔. บรรจุมาในถาดปลอดเชื้อโรค (Sterile)

๕. บรรจุภัณฑ์มีรูปทรงแบนสี่เหลี่ยมง่ายต่อการเก็บ

๖. อักษร A บนบรรจุภัณฑ์แทนตลับทดน้ำเข้า - ออก แบบ Active FMS

๗. ด้านหลังที่ตลับทดน้ำเข้า - ออก ในลักษณะเป็นยางสีเทาครึ่งวงกบประกบกัน (Dual segment technology) ทำให้ช่วยเพิ่มการทดน้ำเข้าออกตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘. ได้รับรอง CE Mark

๙. มีสาย I/V ในตัว ออกแบบเฉพาะสำหรับต่อ Active FMS เข้ากับถุงน้ำเกลือซึ่งวางอยู่ในช่องบรรจุบนหลังเครื่อง (Bag Bay)

๑๐. ตัว Active FMS มีถุงน้ำทิ้งขนาดความจุ ๕๐๐ cc. ติดอยู่

๑๑. สายของ FMS ทั้งหมดทำจาก PVC

๑๒. มีถุงคลุมถาดวางอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชิ้น

๑๓. มีเข็มสลายต้อกระจกแบบ Balanced tip สำหรับการสลายต้อกระจก จำนวน ๑ ชิ้น

๑๔. มีปลอกซิลิโคนสำหรับหุ้มเข็มสลายต้อกระจก จำนวน ๑ ชุด

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (กำหนดส่งของเป็นรายงวดตามการใช้งานผ่าตัด)

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการคัดเลือกครั้งนี้ โรงพยาบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๔๑๖,๓๖๘.๐๐ **บาท**

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาล ได้ตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว โดยให้ส่งมอบเป็นงวดๆ ตามปริมาณที่ใช้จริง

๙. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ขายส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง(ถ้ามี)

จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานซื้อที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๑ เดือนนับถัดจากวันที่โรงพยาบาลได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวกุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์)
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกนกทิพย์ มันตโชติ)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ เป้าเถื่อน)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ